

## 货物需求一览表及技术规格




数量：气送设备包封柜：29 套

交货期：签订合同后一个月内

交货地点：北京清华长庚医院

招标要求 条目号	招标规格		
一. 设备名称:	气送设备管线包封		
二. 数量	气送设备包封柜：29 套，		
三. 用途	用途对 5 号楼期护士站气送设备管线包封		
四. 主要组成	订制包封柜		
五. 投标资质	(1) 具有有效的营业执照		
六. 技术规格			
1	规格尺寸：636*390*2630mm		
2	包封尺寸满足现场使用要求		
2.1	系统材料选配满足国家规范要求。		
3	参数		
	序号	货物名称	型号规格
	1	气送设备包封柜	尺寸：636*390*2630mm；材质：20mm 厚三聚氰胺板；木框玻璃门柜
			数量
			29
七			
1	安装与调试		
1.1	中标厂商负责场地规划、搬运、安装、调试，包括设备到货至安装期间之搬运及保险；保险需包括人员及设备之全额保险		
1.2	如现场条件无法安装，中标厂商负责调整设备以满足现场条件		
1.3	安装完成需提交安装报告书与质量报告书		
1.4	本规格书经厂商填报后，为合约之一部分，验收时依本规格书逐项比对		
1.5	安装完成经检点各项配件；功能及实际使用测试各项软件一个月无异常，且完整提供各项文件经审查通过，为验收完成		
1.6	厂商需负责清理安装所产生的废弃物		
1.7	厂商需负责安装现场整洁；若有损坏需负责恢复原状		
2	设备证照及厂商资质		
2.1	具有有效的营业执照		
3	保修与罚则		
3.1	自设备验收完成之日起，贰年（24 个月）保修期内并依原厂规定执行定		

	期保养与校正，中标厂商提供保养工具及设备。
4	人员训练
4.1	装机完成，厂商需配合院方安排，免费指导使用人员进行操作训练，直至完全熟练掌握操作流程及日常保养流程
4.2	安装完成，厂商需配合院方安排，免费指导使用人员进行操作训练，直至完全熟练掌握操作流程及日常保养流程
4.3	维修手册内容需包含： <ol style="list-style-type: none"> <li>1 保养校正作业内容</li> <li>2 故障原因与排除方式解说</li> </ol>



气送装置柜  
尺寸: 636\*390\*2630

颜色:

注:

- ①定制如图所示柜子
- ②顶部为封板+中间对开门柜(右侧含一块活动层板)+空格柜+下左侧封板+下右侧木框玻璃门柜(柜内还一块活动层板)
- ③拉手为斜切拉手