

## 多功能皮肤弹性测试仪 规格说明书

| 规格说明书 |                                                                                          |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 一、    | 名称：多功能皮肤弹性测试仪                                                                            |
| 二、    | 用途：用于皮肤检测                                                                                |
| 三、    | <b>一般规格和要求：</b>                                                                          |
| 3.1   | 设备先进、材质好、结构合理、加工精密                                                                       |
| 3.2   | 设备运行平稳、可靠                                                                                |
| 3.3   | 便于管理、操作、养护和维修                                                                            |
| 四     | <b>主要技术和性能规格要求</b>                                                                       |
| 4.1   | 多功能皮肤弹性测试                                                                                |
| 4.2   | 皮肤油脂测试                                                                                   |
| 4.3   | 皮肤水分测试                                                                                   |
| 4.4   | 经皮水分流失测试                                                                                 |
| 4.5   | 皮肤色度测试                                                                                   |
| 4.6   | 皮肤光泽度测试                                                                                  |
| 4.7   | 皮肤酸碱度测试                                                                                  |
| 4.8   | 自动得到皮肤弹性参数和曲线                                                                            |
| 4.9   | 负压范围（20—500）mbar                                                                         |
| 五     | <b>安装与调试</b>                                                                             |
| 5.1   | 中标厂商负责场地规划、搬运、安装、调试，包括设备到货至安装期间之搬运及保险；保险需包括人员及设备之全额保险                                    |
| 5.2   | 如现场条件无法安装，中标厂商负责调整设备以满足现场条件                                                              |
| 5.3   | 安装完成需提交安装报告书与质量报告书                                                                       |
| 5.4   | 本规格书经厂商填报后，为合约之一部分，验收时依本规格书逐项比对                                                          |
| 5.5   | 安装完成经检点各项配件；功能及实际使用测试各项软件一个月无异常，且完整提供各项文件经审查通过，为验收完成                                     |
| 5.6   | 维修软件须免费提供至设备报废                                                                           |
| 5.7   | 厂商需负责清理安装所产生的废弃物                                                                         |
| 5.8   | 厂商需负责安装现场整洁；若有损坏需负责恢复原状                                                                  |
| 六     | <b>设备证照及厂商资质</b>                                                                         |
| 6.1   | 医疗器械“三证”齐全                                                                               |
| 6.2   | 代理商需为本地二级以上代理，并提供设备生产厂商半年期以上授权书                                                          |
| 6.3   | 依国家法规规定提供强检及计量证书：负责设备首次计量、质控等安装后检测，并取得相关证照                                               |
| 七     | <b>保修条款</b>                                                                              |
| 7.1   | 自设备验收完成之日起，2 年全责免费保修，零配件免费；保修期内并依原厂规定执行定期保养与校正，中标厂商提供保养工具及设备。24 小时不能排除故障要求提供备品服务，备品满足同样要 |

|     |                                                                                                                                                                                                |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | 求。                                                                                                                                                                                             |
| 7.2 | 保修期内已购软件免费升级                                                                                                                                                                                   |
| 7.3 | 提供新增软、硬件购置折扣计价方式                                                                                                                                                                               |
| 7.4 | 提供全部零件编号及价格，零件保证供应 10 年以上;否则依本院设备残值回收                                                                                                                                                          |
| 7.5 | 国外零件取得速度保证 3 日内，维修期间提供备机                                                                                                                                                                       |
| 八   | <b>人员训练</b>                                                                                                                                                                                    |
| 8.1 | 装机完成，厂商需配合院方安排，免费指导使用人员进行操作训练，直至完全熟练掌握操作流程及日常保养流程                                                                                                                                              |
| 8.2 | 提供原厂完整课程维修技术训练 1 名(含学费)：课程学费、住宿地点与训练地点间之交通由得标厂商负责，机票费、日常生活费由本院自理                                                                                                                               |
| 8.3 | 操作手册, 2 份中文或英文原版手册                                                                                                                                                                             |
| 8.4 | 维修手册, 2 份中文或英文原版手册；内容需包含： <ul style="list-style-type: none"> <li>1 电子控制线路图</li> <li>2 电子控制线路解说</li> <li>3 功能测试步骤与调整校正说明</li> <li>4 零件分布图</li> <li>5 保养校正作业内容</li> <li>6 故障原因与排除方式解说</li> </ul> |